

仕 様 書

調達物品	生体ガス分析用質量分析装置 アルコシステム社製、ARCO-2000-MET 1台	
	分析可能ガス種	N2、O2、Ar、CO2
	分析方式	磁場型質量分析
	分析応答速度	50msec/62.3%rise以下
	サンプル消費量	50ml/min以下
	分析範囲	100, 50, 25, 20, 10, 5, 2, 1, 0.1の各フルスケール設定
	分解能	0.01%
	チャンネル追加	増設4種合計8種まで対応
	測定方法	ミキシングチャンバー、breath by breath、ダグラスバッグ対応
納入場所	熊本県立大学環境共生学部西棟2階運動代謝実験室	
納入期限	平成27年3月31日(火)	
特記事項	<ul style="list-style-type: none">・購入後1年間のメーカー保証が付いていること。・見積には、機器の正常な作動を確実なものにするための試験調整、初回操作説明、配送・設置費用等の経費を含むものとする。	